

DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA

**Fornitura di 3 defibrillatori semiautomatici, compreso di armadietti , cartelli
e formazione di 6 addetti all'uso**

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

RICHIEDENTE:

DIREZIONE REGIONALE SICILIA, via W. Konrad Roentgen 3 – Palermo

LUOGO DELLA PRESTAZIONE:

DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA – Contrada Ferrante Palazzo delle Arcate - ENNA;

UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO DI ENNA – via Diaz 32 - ENNA

SPORTELLLO DI NICOSIA – piazza Marconi 8 - NICOSIA

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE:

La Direzione Provinciale di Enna ritiene opportuno e utile dotare le proprie sede di defibrillatori semiautomatici esterni per uso “laico”.

La prestazione richiesta in sintesi consiste nella fornitura e posa in opera di:

- n. **3 defibrillatori semiautomatici**, e con espresso richiamo a quanto specificato nel Decreto Ministeriale (Ministero della Salute) del 18 marzo 2011, allegato A, *deve consentire l'uso da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120 ovvero in sede extraospedaliera anche al personale non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare e permettono di effettuare le seguenti operazioni :*
 - ✓ *l'analisi automatica dell'attività elettrica del cuore d'una persona vittima di un arresto cardiocircolatorio al fine di interrompere una fibrillazione o tachicardia ventricolare;*
 - ✓ *il caricamento automatico dell'apparecchio quando l'analisi sopradescritta è positiva al fine di giungere a ripristinare un ritmo cardiaco efficace, attraverso una sequenza di shock elettrici esterni transtoracici, d'intensità' appropriata, separati da intervalli di analisi. Gli intervalli di tempo, che devono separare gli shock, in caso di shock*

ripetuti, in accordo con le linee guida internazionali, sono programmati negli apparecchi e non sono accessibili agli utilizzatori non medici;

- ✓ *la registrazione dei tratti elettrocardiografici realizzati e dei dati di utilizzazione dell'apparecchio.*

Inoltre: la scarica elettrica con forma d'onda Bifasica Esponenziale Troncata (BTE), defibrillazione con corrente di picco nominale per uso adulti da 150J con un carico di 50 ohm, per suo pediatrico da 50J nominali con un carico di 50 ohm; placche per uso adulto e pediatrico, guida vocale per il soccorritore; autotest all'accensione; durata della batteria interna NON ricaricabile non inferiore a 3 anni.

Compreso **armadietto** da montare a parete e relativo **cartello** indicazione del dispositivo.

- Formazione di **n° 6 addetti** all'uso in tutta sicurezza del defibrillatore semiautomatico su persone vittime di un arresto cardiocircolatore

QUALITA' DEI MATERIALI, MODO DI ESECUZIONE E VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Per la qualità dei materiali, modo di fornitura, valutazione, contabilizzazione e collaudo del materiale si farà riferimento alle prescrizioni della/del :

- Direttive Europee vigenti ed applicabili;
- Normativa tecnica CEI di riferimento;
- Raccomandazioni degli enti preposti al controllo (INAIL, ASP);
- Tabelle di unificazione UNI - CEI - UNEL;
- Istituto Italiano per il marchio di Qualità per i materiali e le apparecchiature ammesse all'ottenimento del Marchio;
- Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e smi;
- Qualunque altra norma modificativa od integrativa delle succitate norme.

PRESCRIZIONI GENERALI IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

- Tutto il materiale fornito e posto in opera deve essere conforme, ed in possesso di certificazione, alla normativa vigente;
- durante tutto il periodo necessario alla fornitura dovranno osservarsi tutte le norme antinfortunistiche ed il rispetto delle vigenti disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla prevenzione incendi e sulla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- subito dopo l'avvenuta fornitura, il materiale sarà oggetto di collaudo, in contraddittorio tra i rappresentanti di questa Agenzia e il rappresentante della ditta fornitrice.
- ove le prove anzidette pongano in evidenza guasti e/o inconvenienti la ditta fornitrice dovrà provvedere ad eliminarli o sostituire il materiale fornito ad insindacabile giudizio di questa Direzione non oltre gg. 5 dalla data del verbale di accertamento dei guasti o degli

inconvenienti riscontrati, fermo restando che l'obbligo della consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto alla fornitura secondo quanto richiesto;

Non si rilevano rischi interferenziali, trattasi di semplice fornitura e la durata non supera i cinque uomini-giorno, pertanto, non si elabora il DUVRI.

Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi a:
geom. Filippo Salamone091 6803362