

*Direzione Regionale della Sicilia*

*Settore Gestione Risorse  
Ufficio Risorse Materiali*

**DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA**

**Fornitura di 3 defibrillatori semiautomatici, compreso di armadietti , cartelli  
e formazione di 6 addetti all'uso**

## **Relazione Tecnica Illustrativa**

## Sommario

<b>1. Premessa</b> .....	3
<b>2. Relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio</b> .....	3
<b>3. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.</b> .....	6
<b>4. Determinazione del costo dell'intervento</b> .....	6

## **1. Premessa**

Il presente documento viene redatto in adempimento alle disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici come integrato e modificato con il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

L'articolo 23, comma 14, del suddetto Decreto prevede, infatti, che la progettazione di servizi e forniture sia articolata, di regola, in un unico livello e venga predisposta dalla stazione appaltante mediante propri dipendenti. Il comma 15 del medesimo articolo prevede che, per quanto attiene gli appalti di servizi, il progetto debba contenere:

- la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- il calcolo degli importi, con indicazione dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio;
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche e prestazionali.

Nei paragrafi seguenti si sviluppano e dettagliano, pertanto, i contenuti tecnico – illustrativi del contesto in cui è inserito il servizio unitamente alle specifiche economiche sulla base delle quali sarà definita la procedura di RDO su MEPA e che, a conclusione della stessa, regoleranno i rapporti tra la stazione appaltante e l'aggiudicatario.

## **2. Relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio**

### **2.1 – Contesto di riferimento**

Il Direttore Provinciale di Enna con specifica richiesta (*RIMARI 201809121047354C*) ha ritenuto necessario la fornitura di defibrillatori semiautomatici e della relativa formazione di

addetti all'uso, presso le sedi della Direzione Provinciale di Enna in contrada Ferrante – Palazzo delle Arcate, dell'Ufficio Provinciale Territorio di Enna in via Diaz 32 e dello Sportello di Nicosia in piazza Marconi 8.

## 2.2 – Caratteristiche dell'intervento

La prestazione richiesta in sintesi consiste nella fornitura e posa in opera di:

- n. **3 defibrillatori semiautomatici**, e con espresso richiamo a quanto specificato nel Decreto Ministeriale (Ministero della Salute) del 18 marzo 2011, allegato A, *deve consentire l'uso da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120 ovvero in sede extraospedaliera anche al personale non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare e permettono di effettuare le seguenti operazioni :*
  - ✓ *l'analisi automatica dell'attività elettrica del cuore d'una persona vittima di un arresto cardiocircolatorio al fine di interrompere una fibrillazione o tachicardia ventricolare;*
  - ✓ *il caricamento automatico dell'apparecchio quando l'analisi sopradescritta è positiva al fine di giungere a ripristinare un ritmo cardiaco efficace, attraverso una sequenza di shock elettrici esterni transtoracici, d'intensità' appropriata, separati da intervalli di analisi. Gli intervalli di tempo, che devono separare gli shock, in caso di shock ripetuti, in accordo con le linee guida internazionali, sono programmati negli apparecchi e non sono accessibili agli utilizzatori non medici;*
  - ✓ *la registrazione dei tratti elettrocardiografici realizzati e dei dati di utilizzazione dell'apparecchio.*

Inoltre: la scarica elettrica con forma d'onda Bifasica Esponenziale Troncata (BTE), defibrillazione con corrente di picco nominale per uso adulti da 150J con un carico di 50 ohm, per uso pediatrico da 50J nominali con un carico di 50 ohm; placche per uso adulto e pediatrico, guida vocale per il soccorritore; autotest all'accensione; durata della batteria interna NON ricaricabile non inferiore a 3 anni.

Compreso **armadietto** da montare a parete e relativo **cartello** indicazione del dispositivo.

- Formazione di **n° 6 addetti** all'uso in tutta sicurezza del defibrillatore semiautomatico su persone vittime di un arresto cardiocircolatore

### 2.3 - Normativa di riferimento

Nell'esecuzione del contratto l'aggiudicatario dovrà garantire l'osservanza di tutte le disposizioni contenute non solo all'interno della documentazione di gara ma anche nelle disposizioni normative vigenti.

I principali provvedimenti legislativi che riguardano l'intervento, sono:

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora vigente;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 152, recante disposizioni in merito all'Albo nazionale gestori ambientali;
- Norme UNI, UNI-EN, UNI-ISO di riferimento;
- delle Direttive Europee vigenti ed applicabili;
- dei Vigili del Fuoco e delle Autorità locali e Autorità sanitarie;
- qualunque altra norma modificativa od integrativa delle sopra riportate norme.

L'elenco è da non ritenersi esaustivo ma fornisce una pura indicazione sulle normative primarie da osservare.

### **3. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.**

Non si rilevano rischi interferenziali, trattandosi di semplice fornitura e la durata non supera i cinque uomini-giorno, pertanto, non si elabora il DUVRI..

### **4. Determinazione del costo dell'intervento**

Per la definizione del costo dell'intervento si è fatto riferimento ad una stima sommaria elaborata in precedenza per un intervento simile in un'altra sede nonché preventivi di spesa fornito da ditta specializzata del settore.

Il costo previsto della fornitura è pari ad € 5.000,00.

IL TECNICO

---

*f.to geom. Filippo Salamone*